

Анализатор электромагнитный трубчатый

1.1 Назначение.

Анализатор предназначен для мокрого магнитного анализа сильномагнитных руд и продуктов магнитной сепарации, а также для определения содержания сильномагнитной фракции в различных продуктах.

1.2 Комплект поставки:

Анализатор 298СЭ, пульт управления, руководство по эксплуатации, паспорт.

1.3 Технические характеристики:

Основные технические характеристики и габаритные размеры сепаратора приведены в таблице.

Наименование параметра и размера	Значение
Магнитная индукция в центре зазора полюсов, Тл, не менее	0,2*
Крупность исходного продукта, мм, не более	0,5
Диаметр трубки, мм	50
Ход трубки, мм	40
Напряжение питания, В	380
Номинальная мощность привода, кВт, не более	0,1
Параметры постоянного тока, обмотки возбуждения электромагнитной системы: напряжение, В, не более сила тока при работе в длительном режиме, А, не более	80 5
Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота	960 720 765
Масса (без пульта управления), кг, не более	170

* - значение индукции указано при токе возбуждения электромагнитной системы 5А, возможна также работа при токе возбуждения 6,5А в кратковременном режиме

1.4 Требования к фундаменту.

Особых требований к фундаменту не предъявляется.

1.5 Динамические нагрузки.

Динамические нагрузки не нормируются.

